

**ZAMAWIAJĄCY**

Łódź, dnia 14.10.2022r.

Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi  
ul. Andrzeja Struga 86,  
90-557 Łódź

**numer postępowania: 339/Z/ZP/2022**

*dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Ratalny zakup fabrycznie nowego aparatu RTG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego Polesie w Łodzi.*

**Do wiadomości****– wszyscy uczestnicy postępowania-****Wyjaśnienia do treści SWZ**

Odpowiadając na skierowane zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11.09.2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710), Miejskie Centrum Medyczne Polesie w Łodzi wyjaśnia:

**Pytania do wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 13 do SWZ:**

1. W §1 ust. 5 wzoru umowy Zamawiający zastrzegł, iż:

„Wykonawca oświadcza, że ma świadomość, że dostawa będzie wykonywana dla podmiotu leczniczego, co oznacza, że Wykonawca zobowiązuje się do takiej organizacji swojej pracy, która nie będzie zakłócała bieżącego funkcjonowania Zamawiającego”.

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację prac przez Wykonawcę także w godzinach zwykłego funkcjonowania placówki?

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zamawiający potwierdza, że realizacja prac przez Wykonawcę będzie możliwa także w godzinach zwykłego funkcjonowania jednostki.

2. Wykonawca prosi o wyjaśnienie, ujawnienia jakiego rodzaju danych i informacji przez Wykonawcę spodziewa się Zamawiający w wyniku wykonywania umowy (§1 ust. 8 wzoru umowy)?

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

3. Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy w razie potrzeby uzasadnionej technicznie lub technologicznie Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu określonego w §1 ust. 10 zdanie 2. wzoru umowy? Wykonawca podkreśla, że czas potrzebny w szczególności na wykonanie ewentualnych korekt prac może być uwarunkowany w całości względami technicznymi lub

technologicznymi (niezależnymi od Wykonawcy) – w związku z powyższym termin wskazany we wzorze umowy może okazać się niedostateczny.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

4. W §2 ust. 6 wzoru umowy Zamawiający zastrzegł, iż:  
„Wydanie urządzeń Zamawiającemu nastąpi w miejscu wskazanym w ust. 3, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy, podpisanego przez Strony. Odbiór będzie polegał na sprawdzeniu ilościowym elementów dostawy, sprawdzeniu kompletności i stwierdzeniu braków uszkodzeń mechanicznych oraz sprawności działania i braku wad.”  
Czy Zamawiający zgodzi się doprecyzować ww. zapis poprzez uzupełnienie, że wady uprawniające Zamawiającego do wstrzymania się z podpisaniem protokołu muszą mieć charakter wad istotnych (takich, które uniemożliwiają prawidłowe korzystanie ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem)?  
W praktyce tego typu postanowienia mogą prowadzić do nadużyć w postaci zgłaszania nieistotnych uwag do przedmiotu dostawy, które wydłużają w praktyce czas gwarancji, podczas gdy ewentualne niewielkie mankamenty/zastrzeżenia/usterki/wady można usunąć w drodze uruchomionej gwarancji, która powinna rozpocząć swój bieg od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego. Powyższe potwierdza także ugruntowane orzecznictwo Sądu Najwyższego.  
Czy adekwatnie do powyższego Zamawiający zgodzi się zmodyfikować §2 ust. 7 i 8 wzoru umowy?

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

5. **Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 7:** Zwracamy uwagę, że przy tak skomplikowanym sprzęcie medycznym, jaki jest przedmiotem zamówienia, wyznaczenie 3-dniowego terminu przewidzianego na wymianę wadliwego przedmiotu umowy na nowy jest terminem nierealnym, stąd wnosimy o następującą modyfikację brzmienia umowy: *„Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzona zostanie wada przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić jego odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad, w terminie 30 dni kalendarzowych”*

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

6. W §2 ust. 8 wzoru umowy Zamawiający zastrzegł:  
„Niedostarczenie przez Wykonawcę nowego, wolnego od wad aparatu w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uprawniać będzie Zamawiającego **do odstąpienia** od umowy w trybie natychmiastowym i do naliczenia kar z tytułu nie wykonania przedmiotu umowy.”.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmodyfikowanie tego postanowienia w taki sposób, aby odstąpienie musiało być poprzedzone pisemnym wezwaniem skierowanym do Wykonawcy, aby w terminie nie krótszym niż 7 dni należycie wykonał przedmiot umowy?

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmodyfikowanie postanowienia zawartego w §2 ust. 12 wzoru umowy poprzez wskazanie, iż termin „3 dni” dotyczy dni roboczych? W przypadku biegu ww. terminu w czasie weekendu może on w praktyce ulec skróceniu do jednego dnia.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

8. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §2 ust. 19 wzoru umowy, w taki sposób, aby wynikało z niego, że termin usunięcia uszkodzeń może być dłuższy niż 7 dni, o ile będzie miało to uzasadnienie techniczne lub technologiczne?

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu usunięcia uszkodzeń o ile będzie to miało uzasadnienie techniczne lub technologiczne.

9. W §4 ust. 3 Zamawiający zastrzegł, iż:

„Wskazany termin uwzględnia wykonanie wszystkich czynności i robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie udzielania świadczeń z wykorzystaniem sprzętu oraz dokonanie odbioru z dostarczeniem Zamawiającemu kompletu wymaganych dokumentów, w tym przeprowadzenie wszystkich szkoleń.”

Prosimy o wyjaśnienie w kontekście pozostałych regulacji zawartych w §4 wzoru umowy, czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeszkolenia pracowników Zamawiającego przez Wykonawcę po terminie wskazanym w §4 ust. 1 wzoru umowy?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas niezbędny na uzyskanie zezwolenia na użytkowanie aparatu (§4 ust. 5 wzoru umowy) – w związku z samodzielnym występowaniem przed właściwym Sanepidem przez Zamawiającego nie był wliczany do terminu określonego w §4 ust. 1 wzoru umowy? Zamawiający zastrzegł na swoją rzecz dość długi termin 7 dni na wystąpienie z wnioskiem do właściwego organu. Doliczając do tego okres potrzebny na jego przeprocedowanie w praktyce może się okazać, że Wykonawca wykona przedmiot umowy najszybciej jak się da, a termin końcowy będzie wydłużony wyłącznie ze względu na powyższe kwestie formalne, na które Wykonawca nie ma co do zasady wpływu i za które nie powinien odpowiadać.

**Odpowiedź:** Zamawiający wskazuje, iż dokonał modyfikacji w dniu 13.10.2022, w których:

„Terminy przedmiotowych szkoleń zostaną ustalone pomiędzy stronami po podpisaniu protokołu przekazania sprzętu medycznego oraz protokołu zdawczo-odbiorczego robót budowlanych, a także uzyskania przez Zamawiającego odpowiednich decyzji”.

10. Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić z §4 ust. 4 wzoru umowy zwrot „bezusterkowy”? Wykonawca podkreśla, że drobne uchybienia niepowodujące niemożności korzystania ze sprzętu nie powinny blokować odbioru przedmiotu zamówienia, a powinny zostać usunięte w drodze późniejszych napraw.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

11. W §6 ust. 4 wzoru umowy Zamawiający zastrzegł, iż:

„Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenie wszelkich kosztów prawnych i innych niezbędnych, spowodowanych roszczeniami, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezwłocznie po ich powstaniu tak, aby nie obciążały Zamawiającego.”

Czy Zamawiający wykreśli wskazane postanowienie? Tego rodzaju zapis skutkować może nieokreśloną czy nawet nieuzasadnioną okolicznościami odpowiedzialnością Wykonawcy. W ocenie Wykonawcy odpowiedzialność odszkodowawcza na zasadach ogólnych jest wystarczającą podstawą dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego, w tym odzyskania od Wykonawcy ewentualnych kosztów związanych ze skierowaniem roszczeń, o których mowa w §6 przez podmiot trzeci.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

12. Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §9 ust. 1 pkt 3 lit. d) wzoru umowy poprzez wskazanie, że odstąpienie nastąpi po uprzednim pisemnym wezwaniu do usunięcia wad w terminie co najmniej 7 dni od dnia doręczenia wezwania?

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

13. Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy ze względu na stopień ogólności zapisu §9 ust. 1 pkt 3 lit. c) Zamawiający zgodzi się na wykreślenie tego postanowienia? Postanowienia dotyczące odstąpienia powinny w sposób precyzyjny konkretyzować sytuacje, w których wierzyciel jest uprawniony do skorzystania ze swojego uprawnienia, wskazany zapis nie zapewnia takiego standardu.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

14. Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie postanowienia §10 ust. 6 wzoru umowy? Siła wyższa z zasady stanowi okoliczność niezależną od stron/y umowy, mogącą mieć wpływ na zakres, sposób realizacji. Wyżej wymieniony zapis stoi w sprzeczności z założeniami tej instytucji.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

15. **Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 2:** z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas każdej naprawy, również takiej, która nie ma wpływu na funkcjonowanie systemu ani nie uniemożliwia prowadzenie badań, ale o czas całkowitej niesprawności urządzenia. W związku z tym wnosimy o następującą modyfikację zapisu umowy: „Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie gwarancji o pełny okres całkowitej

*niesprawności dostarczonych urządzeń będących przedmiotem umowy licząc od dnia zgłoszenia awarii”.*

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

16. **Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 8:** Przedmiotem oferty są wyroby medyczne, za poprawne działanie których Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność za produkt zarówno wobec użytkownika, jak i pacjentów. W wyniku nieprawidłowej obsługi urządzenia może dojść do poważnych obrażeń, dlatego na urządzeniach obowiązują pewne ograniczenia w dostępie do ich konfiguracji, diagnostyki i czynności serwisowych. Niewłaściwa obsługa, taka jak naprawa lub ingerencja w konfigurację urządzenia, również może mieć negatywny wpływ na jakość diagnostyczną. Z tego powodu producent wprowadził odpowiednie instrukcje serwisowe i kody serwisowe, które są udostępniane przez producenta w odrębnej procedurze i umożliwiają korzystanie z oprogramowania serwisowego.

Prawo do korzystania z oprogramowania serwisowego możliwe jest w drodze udostępnienia kodów serwisowych, które producent udostępnia użytkownikom i niezależnym dostawcą usług serwisowych (tj. innym niż autoryzowany dostawca usług) w formie licencji na niedyskryminacyjnych zasadach i które umożliwiają pełną obsługę techniczną urządzenia i przywrócenie urządzenia do pełnej sprawności. Są dostępne za opłatą licencyjną. Jeżeli Zamawiający chce uwzględnienia takich licencji na kody serwisowych w niniejszym postępowaniu, może to znacząco wpłynąć na cenę sprzętu, niepotrzebnie zwiększając ją dla Zamawiającego.

Zwracamy również uwagę, że z naszego doświadczenia wynika, że posiadanie licencji na klucze z góry nie gwarantuje, że koszt usługi serwisowej będzie niższy w przyszłości. Dodatkowo, zwracamy uwagę, że w takim przypadku Zamawiający niepotrzebnie ponosi koszty z góry. Koszt kodu usługi powinien w przyszłości ponosić usługodawcy (jako koszt ich koszty operacyjne), a nawet, jeśli tacy usługodawcy zdecydują się przenieść koszty kodów usług na Zamawiającego w ramach ich opłaty za usługę, koszt ten będzie nadal rozłożony w czasie, co daje Zamawiającemu lepszą kontrolę kosztów i umożliwia rozłożenie ich w czasie.

Zwracamy również uwagę, że sprzęty tego rodzaju posiadają blokady uniemożliwiające dostęp do know-how producenta, a jednocześnie nie są wymagane do prowadzenia serwisu pogwarancyjnego.

W związku z tym proponujemy modyfikację postanowień wzoru umowy i usunięcie § 8 ust. 8 lub alternatywnie zobowiązanie Wykonawcy do udostępnienia takich kodów serwisowych, które potrzebne są do świadczenia serwisu sprzętu, na żądanie Zamawiającego (po cennie cennikowej z uwzględnieniem 10% rabatu).

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

17. **Dotyczy SWZ pkt. 7.3) ppkt. d), Załącznika nr 3 do swz str. 1 pkt. 4.c) oraz wzór umowy § 8 ust. 4 pkt. b):** w celu uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych na etapie realizacji umowy oraz należytego oszacowania ceny oferty prosimy o następującą modyfikację SWZ: *„W okresie gwarancyjnym dotyczącym systemu dostęp zdalny w tym telefoniczny w godzinach pracy serwisu do konsultacji z wykwalifikowanym aplikantem w celu konsultacji zaawansowanych technik wykonywania badań”.*

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

18. **Dotyczy SWZ pkt. 7.3) ppkt. h), Załącznika nr 3 do swz str. 1 pkt. 4.g) oraz wzór umowy § 8 ust. 4 pkt. g):** W celu umożliwienia należytego oszacowania ceny oferty oraz z uwagi na fakt, iż serwis pogwarancyjny nie jest przedmiotem aktualnego zamówienia i będzie stanowił przedmiot osobnego postępowania po upływie okresu gwarancji wnosimy o następującą modyfikację SWZ: „W okresie gwarancyjnym przewidziane przez producenta aktualizacje oprogramowania wykonywane zdalnie lub fizycznie zgodnie z zaleceniami producenta”.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

19. **Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 1:** gwarancja jakości dotyczy odpowiedzialności gwaranta za pewnego rodzaju niezgodność towaru z umową, wadliwość towaru. Brzmienie postanowienia jest nieprecyzyjne i nie uwzględnia sytuacji, w których powstała awaria/usterka spowodowana została np. okolicznościami siły wyższej, normalnego zużycia, ingerencją w sprzęt osób trzecich. Powoduje to niemożność lub istotne utrudnienie wyliczenia kosztu usługi (może prowadzić do zawyżenia kosztu usługi wskutek konieczności objęcia dużego zakresu ryzyka) i ryzyka po stronie Wykonawcy.

Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na dodanie postanowienia, precyzującego w/w okoliczności, które odzwierciedla przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy, a także naturę gwarancji:

„Gwarancja określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:

- a. niewłaściwego użytkownika urządzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkownika;
- b. mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;
- c. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
- d. jakiegokolwiek ingerencji osób trzecich;
- e. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź,
- f. normalnego zużycia wymienionych części

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

20. W związku z wykonywaniem umowy może dojść do przekazania Wykonawcy i przetwarzania przez Wykonawcę do danych osobowych pacjentów lub personelu Zamawiającego. W takiej sytuacji zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych strony są zobowiązane zawrzeć umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Uprzejmie prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje zawarcie takiej umowy i czy wyraża zgodę na zawarcie takiej umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę?

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zamawiający wskazuje, iż dopuszcza podpisanie umowy przetwarzania danych osobowych na wzorze Wykonawcy.

21. **Dotyczy swz rozdz. XVII pkt. 1.2) oraz rozdz. XXII. Pkt. 3.5:** Prosimy o potwierdzenie rozumienia wymogu, iż Zamawiający oczekuje potwierdzenia i oznaczenia w dokumentach zawierających opis/materiałach informacyjnych jedynie parametrów technicznych

wymaganych w Załączniku nr 3, a nie np. wymogów odnoszących się do prac instalacyjnych, czy też świadczenia usług serwisowych.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zamawiający oczekuje potwierdzenia i oznaczenia w dokumentach zawierających opis/materiałach informacyjnych jedynie parametrów technicznych wymaganych w Załączniku nr 3.

22. **Dotyczy swz rozdz. XXII. Pkt. 3.5:** wstrzykiwacz kontrastu nie jest objęty przedmiotem zamówienia, prosimy o usunięcie wymogu dołączenia do oferty materiałów informacyjnych dot. wstrzykiwacza kontrastu.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę pisarską i wykreśla wymóg dołączenia do oferty materiałów informacyjnych dot. wstrzykiwacza kontrastu.

23. Proszę o zmianę zapisu w §5 ust. 12 wzoru umowy i nadanie mu następującego brzmienia: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty zadłużenia z tytułu finansowania, o którym mowa w ust. 3 do 5. W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty zobowiązania przez Zamawiającego, koszt finansowania pozostaje niezmieniony”. Rozliczanie wcześniejszej spłaty, w szczególności częściowych wcześniejszych spłat i nadpłat jest bardzo pracochłonne i będzie miało znaczący wpływ na wzrost ceny oferty.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

24. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pod pojęciem „przekazania aparatu do eksploatacji Zamawiającemu, potwierdzonego stosownym protokołem przekazania”, o którym mowa w rozdziale IV pkt 7 ppkt 3 lit. b) SWZ, a także w pkt 4 ppkt a) dodatku nr 3 do SWZ- OPZ rozumieć należy protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu umowy, o którym mowa w treści §2 ust. 6 projektu umowy, sporządzony w dniu wydania urządzeń Zamawiającemu.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

25. Prosimy Zamawiającego o zmianę rozdziału XXII pkt 3.2. ppkt 6 SWZ poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, w części III JEDZ należy wypełnić sekcję A, B, C i D (sekcja D odnosi się do podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 Ust. 1 pkt 1 lit. g) wyłącznie w zakresie obligatoryjnych podstaw wykluczenia przewidzianych w treści art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz w zakresie fakultatywnej przesłanki wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP". Pragniemy zaznaczyć, że w treści SWZ- rozdział XII pkt 1.2 Zamawiający przewidział tylko jedną fakultatywną przesłankę wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, wobec tego oświadczenie składane przez Wykonawcę w formie formularza JEDZ powinno dotyczyć wyłącznie obligatoryjnych podstaw wykluczenia oraz jednej przesłanki fakultatywnej.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

26. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie wyrażenia „okres gwarancji” z rozdziału XXVIII pkt 2 SWZ. Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena, termin dostawy oraz parametry techniczne, a nie okres udzielonej gwarancji.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę pisarską i wykreśla w/w zapis.

27. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści pkt 6 Formularza ofertowego (dodatek nr 1 do SWZ) oraz §5 ust. 13 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „Oprocentowanie nieuiszczonych w terminie rat równe jest wartości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, przewidzianych ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych”. Pragniemy zauważyć, iż odsetki te są regulowane ustawowo i mogą one ulec zmianie, zatem wprowadzenie wnioskowanej przez Wykonawcę zmiany jest istotne mając na uwadze treść art. alb cytowanej ustawy. Ze względu na długi okres finansowania (60 miesięcy) nie sposób jest przewidzieć wysokości oprocentowania nieuiszczonych w terminie rat, bowiem na wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych wpływ ma wysokość stopy referencyjnej NBP, której wysokość rozpatrywana jest w dwóch aspektach czasowych- w dniu 1 stycznia oraz 1 lipca danego roku kalendarzowego. Co więcej, niniejsza umowa jest transakcją handlową w rozumieniu przepisów cytowanej ustawy, wobec czego zastosowanie znajdują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych przewidziane w treści ustawy. W związku z tym prosimy Zamawiającego o dokonanie odpowiedniej zmiany w treści projektu umowy oraz w treści Formularza ofertowego stanowiącego dodatek nr 1 do SWZ.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

28. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w Wykazie dostaw (Dodatek nr 5 do SWZ) w kolumnie 3 tabeli Zamawiający wymaga podania kwoty brutto czy netto? Warunek udziału w postępowaniu został określony na kwotę brutto, natomiast w wykazie Zamawiający wymaga podania kwoty netto. Prosimy o odpowiednią modyfikację dodatku nr 5 do SWZ.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę pisarską i wskazuje, że w dodatku nr 5 powinna być kwota brutto.

29. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający wskazał, że ust. 9 w S5 wzoru umowy „nie ma zastosowania” i że „nie dotyczy” ten zapis, to prosimy o jego usunięcie ze wzoru umowy.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

30. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że umowa zastawu rejestrowego, o której mowa w §5 ust. 26 wzoru umowy zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zamawiający nie dopuszcza zastawu rejestrowego.



31. W przypadku odpowiedzi odmownej na powyższe pytanie, prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom wraz z odpowiedziami na zadane pytania wzoru umowy zastawu rejestrowego celu weryfikacji i zapoznania się z jej zapisami.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian

32. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na skrócenie okresu dostępności do części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego, o którym mowa w S8 ust. 5 pkt. c) wzoru umowy dQ okresu 5 lat licząc od daty dostawy. Zaznaczyć należy, iż producent, zbywca bądź importer nie mają obowiązku nałożonego prawem, produkcji czy przechowywania części zamiennych przez wymagany przez Zamawiającego okres min 10 lat. Z uwagi na szybkie tempo zmian w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, producent lub dystrybutor może zaprzestać produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, jakie należy ponieść, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko zaniżenia kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenia ceny oferty.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian

33. W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze, prosimy Zamawiającego o modyfikację zdania pierwszego w S5 ust. 11 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „Za dzień zapłaty rozumie się dzień uznania rachunku bankowego wskazanego przez Wykonawcę na fakturze VAT” oraz o zastąpienie wyrażenia w zdaniu drugim o treści „zgodnie z harmonogramem spłat o którym mowa w punkcie 8” sformułowaniem „zgodnie z harmonogramem spłat o którym mowa w ust. 7”

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian

34. Ze względu na dyspozycję art. 484 § 2 k.c. zgodnie z którą dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej w przypadku, gdy kara ta jest rażąco wygórowana prosimy o zmianę wysokości kary określonej w:
- §7 ust. 2. pkt 2) wzoru umowy z 1000,00 zł na 500,00 zł.;
  - §7 ust. 2. pkt 5) wzoru umowy z 10% na 5%.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

35. Prosimy o odstąpienie od określonego w Rozdziale XVII pkt. 1 ppkt 2) oraz w Rozdziale XXII, pkt. 3 ppkt. 3-5. SWZ wymogu: „w których należy zaznaczyć wymagane przez Zamawiającego parametry”. Ponieważ oferta jest składana w formie elektronicznej oznaczenie dokumentów, przyporządkowanie ich miejsca do parametru jest znacznie utrudnione lub nawet niemożliwe, niemożliwe jest też ponumerowanie stron. Przypominamy, że zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający może wymagać od Wykonawców tylko tego, co jest niezbędne dla przeprowadzenia postępowania, a wskazane wyżej dokumenty są wystarczające do dokonania oceny ofert bez żadnych dodatkowych adnotacji.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

36. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z umowy dostawy

przez Zamawiającego. Proponujemy następujący zapis: „Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”. W przypadku jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż wskazany powyżej 30-sto dniowy termin opóźnienia, prosimy o jego wskazanie.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

37. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązuje do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian

38. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian

39. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje wszelkie koszty ustanowienia zabezpieczeń.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian

40. Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy o wyrażenie zgody na wystawienie weksła In blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz Wykonawcy. Jednocześnie prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy (lub przedłożenie wraz z odpowiedziami własnego wzoru) oraz potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wskazanie w jakim terminie Zamawiający przekaże Wykonawcy weksel wraz z deklaracją.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian

41. W celu zabezpieczenia interesu Stron stosunku prawnego na wypadek zaistnienia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony zdarzenia, wpływającego na zobowiązania oraz odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego Umowy, prosimy Zamawiającego o wykreślenie treści SIO ust. 2-6 projektu umowy i wyrażenie zgody na wprowadzenie w ich miejsce klauzuli siły wyższej o brzmieniu proponowanym poniżej:

„§. . .

Siła wyższa

- a. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony, które ma wpływ na zakres i sposób realizacji Umowy.

- b. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z wystąpienia siły wyższej.
- c. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana bądź jej realizowanie jest w znacznym stopniu utrudnione z powodu wystąpienia siły wyższej lub z powodu następstw jej wystąpienia, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę na piśmie lub mailowo.
- d. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw, Strony uzgodnią wzajemne działania minimalizujące negatywne skutki wystąpienia siły wyższej, a w razie potrzeby dokonają także zmiany w treści Umowy, w szczególności poprzez wydłużenie terminu jej wykonania, zmianę zakresu Świadczenia Wykonawcy lub sposobu wykonania Umowy.
- e. Strony zgodnie potwierdzają, iż w przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw nie naliczą kar umownych przewidzianych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a zwłaszcza kar z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę.

W przypadku, gdy brak jest możliwości dojścia do porozumienia w kwestii działań określonych w Ust. 4 i w konsekwencji którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy na skutek wystąpienia siły wyższej, Strony zwracają sobie wzajemnie świadczenia, które otrzymały od drugiej Strony. W przypadku gdy zwrot wykonanej już części świadczenia jest niemożliwy, Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie proporcjonalne do części świadczenia, którą zatrzymał Zamawiający”.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

42. W przypadku udzielenia przez Zamawiającego odpowiedzi odmownej na powyższe pytanie, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w sytuacji zastąpienia z mocy prawa wskaźnika referencyjnego WIBOR nowym wskaźnikiem, Zamawiający zawrze z Wykonawcą pisemny aneks do umowy, sporządzony w oparciu o rozporządzenie wyznaczające zamiennik wydane przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowy.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania aneksu.

43. Prosimy Zamawiającego o nadanie prawidłowej numeracji paragrafom w treści projektu umowy. We wzorze umowy brakuje bowiem §3.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian

44. Prosimy Zamawiającego o poprawienie omyłki pisarskiej w treści S2 ust. 2 pkt 8 ppkt c), a także w S6 ust. 1 zdanie pierwsze projektu umowy poprzez zastąpienie sformułowania „pracowni tomograficznej” wyrażeniem „pracowni rentgenowskiej”. Prosimy również o usunięcie omyłki pisarskiej w treści S4 ust. 5 projektu umowy poprzez odwołanie w treści cytowanego postanowienia do prawidłowej jednostki redakcyjnej umowy, tj. do S2 ust. 2 pkt 8 umowy.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę pisarską i wykreśla zapis dot. Pracowni tomograficznej.

45. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści S2 ust 7 projektu umowy i nadanie mu następującego brzmienia: „Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzona zostanie wada przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić jego odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy lub wymiany wadliwej części składowej/elementu przedmiotu umowy na nowy, wolny od wadi w terminie 7 dni kalendarzowych”. Pragniemy wskazać, iż zaproponowany przez Zamawiającego termin na usunięcie wad stwierdzonych w przedmiocie umowy w trakcie czynności odbioru może okazać się niewystarczający, biorąc pod uwagę fakt, iż dostarczony sprzęt jest urządzeniem medycznym składającym się z wielu podzespołów, których naprawa lub wymiana może przekroczyć termin 3 dni kalendarzowych. Ponadto, proponowane przez Wykonawcę brzmienie postanowienia pozostaje w zgodzie z treścią art. 561S 1 k.c., zgodnie z którym w przypadku, gdy rzecz sprzedana ma wadę, Zamawiający może żądać nie tylko wymiany rzeczy na wolną od wad, ale także usunięcia wady.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian

46. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści S2 ust. 12 projektu umowy i nadanie mu następującego brzmienia: „Nieprzekazanie Zamawiającemu dokumentów wymienionych w ust. 10 niniejszego paragrafu lub przekazanie ich w stanie niekompletnym nie będzie stanowić podstawy do odmowy podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, jednakże Wykonawca zostanie zobowiązany do dostarczenia tych dokumentów niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni”. Należy wskazać, że z uwagi na wielość czynności składających się na przedmiot zamówienia, niedostarczenie przez Wykonawcę choćby jednego dokumentu nie powinno stanowić podstawy do odmowy podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i tym samym uznania, że całe zamówienie nie zostało zrealizowane w terminie.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian

47. Prosimy Zamawiającego o zmianę części I pkt 2.1 PFU i fragmentu dotyczącego odbiorów przedmiotu zamówienia poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Za termin wykonania przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w §2 ust. 6 umowy”. W projekcie umowy Zamawiający nie posługuje się pojęciem „odbior końcowy” ani też „odbior ostateczny (pogwarancyjny)”. Odbiór przedmiotu umowy jest jeden i dokonywany jest w sposób opisany w §2 ust. 6 projektu umowy. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wady przedmiotu umowy, Wykonawca zgodnie z treścią §2 ust. 7 umowy, zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad w terminie 3 dni kalendarzowych, a nie w okresie pogwarancyjnym, co sugeruje nazwa wskazanego protokołu.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian

48. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie podstawy do naliczenia kary umownej przewidzianej w §7 Ust. 2 pkt 2 wzoru umowy. Należy wskazać, że Zamawiający przewidział już karę umowną za niedotrzymanie terminu określonego w §4 ust. 1, w którym to terminie Wykonawca winien dostarczyć dokumenty wymienione w §2 ust 10 i 11. W takiej sytuacji zastrzeżenie przez Zamawiającego odrębnej kary umownej za niedostarczenie w terminie ww. dokumentów

będzie stanowiło dodatkową podstawę do naliczenia kary umownej obok tej wskazanej w §7 ust. 2 pkt 1, co jest niedopuszczalne, gdyż doprowadziłoby de facto do pociągnięcia Wykonawcy do odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania umowy dwukrotnie za to samo zachowanie.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

49. Proszę o zmianę §2 ust. 20 projektu umowy poprzez wskazanie, że Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy, z wyłączeniem tych przypadków za które nie można przypisać Wykonawcy oraz jego pracownikom winy.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

50. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie postanowienia opisanego w §9 ust. 1 pkt 3 ppkt c) wzoru umowy stanowiącego podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy. Postanowienie to ma charakter zbyt ogólny. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego w sposób precyzyjny powinna określać, naruszenie jakich obowiązków umownych stanowić może podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej Umowy. W związku z tym nie każde, bliżej nieokreślone zachowanie Wykonawcy może zostać potraktowane jako realizacja Umowy niezgodna z jej postanowieniami.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian

51. Proszę o zmianę §12 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 3 0 następującej treści:  
„3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej Wykonawcy przez Zamawiającego z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy.”

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania Porozumienia.

52. **Dotyczy:** Procesor min. a-rdzeniowy 8-wątkowy, min 3.30GHz, z wbudowanym kontrolerem pamięci DDR4 z kontrolą parzystości ECC ,Pamięć RAM DOR48GB min. 2666 MHz ECC,możliwość rozbudowy do min 128GB, minimum trzy sloty wolne na dalszą rozbudowę . Czy Zamawiający dopuści procesor i pamięci bez obsługi parzystości ECC jako rozwiązania typowego dla zastosowań serwerowych. Zwracamy uwagę, że Zamawiający nie wymaga tej technologii dla opisanego serwera.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania sprzęt o w/w parametrach technicznych.

53. **Dotyczy Dysk twardy:** Min. 2 x 256GB 550  
Czy Zamawiający dopuści komputer z jednym dyskiem SSD min. 480GB?

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

54. **Dotyczy:** *Możliwość integracji z dowolnym urządzeniem w standardzie DICOM .Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania. Z urządzeniami OICOM integrować powinien się system PACS a nie oprogramowanie stacji diagnostycznej.*

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

55. **Dotyczy:** *Możliwość rozszerzenia funkcjonalności o dodatkowe moduły*  
a) Mammograficzny

- obszar roboczy przystosowany do pracy w trybie 'dual screen' (orientacja pionowa),
- interfejs użytkownika dostosowany do monitorów o wysokiej rozdzielczości w skali szarości,
- przegląd ustandaryzowanych projekcji mammograficznych, w tym historii poprzednich zdjęć pacjentów,
- przegląd tomosyntezy, w tym projekcji obrazu o określonej grubości warstw,
- panel narzędzi mammograficznych pozwalających na szybkie korzystanie z funkcjonalności diagnostycznych
- wsparcie przeglądania listy roboczej (worklisty),
- obsługa 'hanging protocols' dla mammografii z automatyczną rotacją obrazu i pozycjonowaniem w widokach
- zdefiniowane zestaw standardowych 'hanging protocols' dostępnych przez panel narzędzi mammograficznych,
- wsparcie dla workflow mammograficznego,
- nawigator obrazu do natychmiastowego przeglądu zdjęć mammograficznych wszystkich otwartych badań,
- obsługa sterowania zewnętrzną klawiaturą mammograficzną,
- specjalne narzędzia do przeglądania i diagnostyki obrazów mammograficznych: zoom dla każdego wyświetlanego obrazu, odwróconego zoomu, korekcja gamma dla poziomu okna / poziomu, tryb obrazu z identyfikacją wyświetlanej części obrazu, obrazu do nawigacji w przód i w tył w obrębie zestawu obrazów

b) Advanced

- automatyczne MIR / MMR (MutualInformation Registration),
- zaawansowa

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania. Zamawiający wymaga dostawy monitorów które zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego nie mogą być wykorzystywane do opisywania obrazów mammograficznych stąd powyższy wymóg ma na celu jedynie ograniczenie konkurencji.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

56. **Dotyczy:** *Automatyczne oraz manualne narzędzia takie jak: odręczne, wielokąt, magiczna różdżka, pędzel, margines, bolus, wąż, próg. Czy zamawiający dopuści oprogramowanie bez narzędzi magiczna różdżka, pędzel, margines, bolus, wąż, próg?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania sprzęt o w/w parametrach technicznych.

57. **Dotyczy:** System PACS nie posiada ograniczeń licencyjnych na ilość archiwizowanych badań oraz objętość danych przechowywanych na serwerze PACS. Rozbudowa pamięci masowej serwera PACS nie jest związana z zakupem dodatkowych licencji rozszerzających funkcjonalność serwera PACS w zakresie ilości przetwarzanych danych. Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję poprzez wykluczenie producentów którzy oparli swój model licencyjny o wielkość archiwum. Jednocześnie Zamawiający nie wprowadza analogicznych wymagań dla licencji na ilość podłączonych urządzeń, stacji diagnostycznych itp.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

58. **Dotyczy:** *Podłączenie do systemu urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego, posiadających interfejs oraz licencję na usługę Dicom Storage. - konsola detektorów cyfrowych stanowiących przedmiot zamówienia.* Prosimy o potwierdzenie, że do dostarczanego systemu należy podłączyć wyłącznie urządzenia dostarczane w ramach niniejszego postępowania. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie listy urządzeń jakie należy podłączyć z podaniem nazwy producenta, modelu oraz numeru seryjnego.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

59. **Dotyczy:** miarowe [3D])

2. zaawansowanych funkcji obliczeniowych {np. ocena stenozы aorty, kalkulacja objętości komór, wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych, automatyczne wskazanie (wykrycie) potencjalnych zmian. Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta. Dodatkowo powyższa funkcjonalność nie jest wykorzystywana przy badaniach RTG.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania sprzęt bez w/w wymagania.

60. **Dotyczy:** Integracja DICOM 3.0 z systemem teleradiologii Jekarad: Czy Zamawiający pokryje koszt integracji leżący po stronie Jekarad?

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zamawiający wskazuje, że w/w koszt leży po stronie Wykonawcy.

61. **Dotyczy:** Integracja DICOM 3.0 z systemem teleradiologii Jekarad: Czy Zamawiający jest w posiadaniu oferty na integrację z Jekarad?

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zamawiający wskazuje, że nie jest w posiadaniu oferty na w/w system.

62. **Dotyczy:** Integracja DICOM 3.0 z systemem teleradiologii Jekarad: Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwą prosimy o udostępnienie pełnej dokumentacji integracji z systemem Jekarad .

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zamawiający wskazuje, że nie jest w posiadaniu oferty na w/w system, nie jest w posiadaniu dokumentacji integracji z systemem Jekarad.

63. Dotyczy: Wdrożenie, konfiguracja i szkolenia użytkowników z obsługi systemów. Szkolenie min 10 dni, po min 6 godzin szkolenia na dzień. Szkolenie może być przeprowadzone w dwóch turach podstawowe, przypominające/zaawansowane. Szkolenie potwierdzone certyfikatem. Czy Zamawiający dopuści skrócenie szkolenia do 5 dni po 6 godzin szkolenia na dzień?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szkolenia do 5 dni po 6 godzin szkolenia na dzień.

64. Dotyczy: 6) integracja urządzeń będącego przedmiotem umowy z systemem Mmedica: Zamawiający w OPZ nie wspomina o integracji z systemem Mmedica- prosimy o informację czy integracja ta jest przedmiotem zamówienia. Jeśli tak to czy mają być zintegrowane urządzenia czy system RIS?

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zamawiający wskazuje, że wymaga integracji systemu RIS i PACS stanowiących przedmiot zamówienia z systemem obsługi przychodni Mmedice w zakresie zlecenia i przekazania do systemu Mmedica opisu badań. Koszty integracji leżą po stronie Wykonawcy.

65. Dotyczy: 13. Okresy gwarancji poszczególnych urządzeń, wchodzących w skład przedmiotu niniejszej umowy przedłuża się o czasy przerw w ich eksploatacji. Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie gwarancyjnym zostaną odnotowane w kartach gwarancyjnych bądź raportach serwisowych urządzeń przez serwis Wykonawcy lub serwis Podwykonawcy bądź innego podmiotu, który będzie świadczył usługi gwarancyjne, powierzone do wykonania przez Wykonawcę. Prosimy o wyłączenie spod powyższego wymagania sprzętu serwerowego i komputerowego. Żadne producenta nie oferuje gwarancji spełniającej to wymaganie.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

**Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi**

**Marcin Kos**

